EMS ECO-DE®
User Manual

**Please read the manual carefully before using the equipment.*

Content

I. Introduction of the product 1

1. Therapeutic principle: 2

2. Names and functions of components: 2

II. Instruction for correct operation: 5

1. Preparation before use 5

2. Application method 6

3. Safety Precaution 6

III. Standard graph of body acupoints 7

IV. Troubles and Solutions 11

1. Accessories and maintenance 12

V. Specifications: 12

1. Cautions: 12

2. Maintenance and storage: 12

VI. Warranty ..... **¡Error! Marcador no definido.**

I. Introduction of the product

1. Therapeutic principle:

Acting of cells on human muscles, nerves, organs, and tissues can produce weak current; it is formed due to change of some biologic electrons on living organism. The whole life of human being cannot get away from bio-elec-tronic motion; it always maintains relative balance in unbalance. According to the theory of channels and collaterals in Chinese medicine, the unbalance of the biological chain may cause disorder of channels and collaterals, arousing various discomfort or pains of human body.

High-energy pulse electronic currents can stimulate neuromuscle to extend and the resulting movement effect can effectively alleviate the fating and deal with paralysis and damage to peripheral nerve.

Features:

1. Applied with digital technology. This unit transfers the digital signals and conducts comprehensive therapy through computer based on the requirements of the body. In this way, the therapeutic accuracy can be ensured and the therapeutic efficacy can be greatly improved.
2. Equipped with large size LCD, on which the intensity functions, and therapeutic time can be clearly displayed.
3. The unique deep treatment button can be used to instantly change the width output pulse so that the therapeutic effect can go deep into the skin and flesh.
4. The marvellous waveform composition lets you feel a sense of reality of thumping, massage, acupuncture and manipulation (stoke, cupping, scraping).
5. The special immunotherapy function.

2. Names and functions of components:

Main Components

Electrode socket

LCD

Power switch On/Off

Intensity decrease

Intensity decrease

Mode selection

English button

Time

Paster

Electrode Pad

Two fastener-in-one Electrode wire

Components of principle unit and function:

1. Output jack; for connecting the output electrode.
2. LCD real-time display of the output status.
3. On/Off switch; start/ deepen/ cancel'' deepen''/ turn off
4. English display button
5. Manual button: there are therapeutic modes available: thumping, massage, acupuncture, napapathy, cupping, weight reducing, immunotherapy and massage. If you press this button once, a new therapeutic mode is set. The eight modes are automatically acupuncture used.
6. Time selection button: time will be increased (5 or 15 minutes)
7. Intensity enhancing button: there are 15 intensity levels which can be set.
8. Intensity reducing button.

II. Instruction for correct operation:

1. Preparation before use

- Battery installation:

1. Push of the battery deck cover and open the deck.
2. Insert three batteries, pay attention to polarity.
3. Close the deck cover firmly

- Preparation of electrodes:

1. Peel of the smooth film on the adhering pad.
2. Put the adhering pads on the chord winder after use

-Placing electrodes:

1. Wipe the position of body to be massaged with a wet towel to remove oil, dirt, sweat and make up.
2. Stick the electrodes directly onto the skin to be massaged.
3. Treatment cannot be effective unless both of the two electrodes are placed onto the body surface, it is not necessary to place the two electrodes symmetrically.

2. Application method

1. Put on the power: press on/off button, the LCD screen displays the power situation.
2. Selection of therapeutic modes: press the functional button to choose a mode.
3. Adjust intensity: press strength button to choose the intensity you need.
4. Time selection: you can select 5-15, each time you press 5 minutes will be added.

3. Safety Precaution

Never use the equipment with the following instruments:

1. Heart rate regulator and body built-in electronic therapeutic instruments.
2. Artificial cardio pneumatic pacemaker, electronic life support and treatment instruments.
3. Cardio meter and wearing-on type electronic therapeutic instruments.

Malfunction or danger may occur for the patients who have been using the above listed instruments together with our equipment.

Follow doctor's advice for the patients who are under medical treatment or for sufferers from the following:

1. Malignant tumour
2. Menstrual phase or pregnancy
3. Do not adopt the equipment near of heart disease patients
4. Fever above 38º
5. Abnormal cutaneous anaphylaxis
6. Do not adopt the equipment in the eye, inside the mouth, genital parts and external skin trauma.
7. Do not use the equipment simultaneously with other instruments or coated medicine.

III. Standard graph of body acupoints









IV. Troubles and Solutions

Status of the Product	Cause	Solutions
No stimulation or no LCD display	Battery deck is with strange objects	Check and remove
	Batteries used up or polarity incorrect	Check the cause and remove or re-install batteries
	Plug inserted in the jack firmly	Correct connection between electrode and chord and jack
Stimulation becomes weak or tingling	Electrode contacting skin correctly	Stick the mat firmly onto the skin
	Dirt on mat surface	Clean or change mat
	Oil on skin?	Clean your skin
Treated surface flushing, itching or tingling	Skin reaction against mat contact	Check skin allergies. For slight or severe allergy, stop treatment
Output stops during treatment for less than 15 minutes since use	Batteries used up	Replace batteries
Power cannot be turned on after automatic stop with timer	Normal	Turn off the power and then wait 3 seconds to turn up again

1. Accessories and maintenance

1. The battery is a standard type, not special.
2. Please contact the trader if you want to repair the device or buy accessories.
3. The device has a warranty of 2 years as specified in the warranty card. Only cost is to be charged for those issues not covered in the warranty or when the warranty expires.

V. Specifications:

Power	Dc4.5v, 3AAA (7#) batteries
Frequency	1-330hz
Power consumption	Less than 180mw
Life of battery	45 hours continuously in normal operation
Size of the device	153x70x18mm
Weight	90g
Package	20pcs

1. Cautions:

1. When using the device again, please press on/off button and repeat the aforesaid steps.
2. If you want to change the therapeutic mode in process of treatment, the intensity will automatically decrease to 0 levels, at this time, you may readjust the intensity to a proper level.
3. It you want to change the treatment point in process of treatment, you should press on/off button, restart the device and repeat the aforesaid steps.
4. If you want to stop the process from the main unit, please pull the plug body instead of the cable itself.

2. Maintenance and storage:

1. Clean the main part of the device with a soft cloth. Never use thinner gasoline or other toxic liquids.
2. Cleaning the electrode: a contaminated electrode may be cleaned with wet cloth or rinsed with fresh water, it can be used again after dry.
3. Storage: place the device out of children’s reach; keep it away from moisture, high temperatures, direct sunlight or water, etc. Take batteries out of the device when it is not in use.

WARRANTY

CONDITIONS:

A. This product guarantee will be accepted by ECOGEST TRADE S.L., provided that it is correctly completed and the attached card has been stamped and send to ECOGEST TRADE S.L.
B. The responsibility of ECOGEST TRADE S.L. C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) it is limited to the repair of the articles that has some deficiency of technical character or of manufacture. The return postage will be borne by the seller.
C. All repairs which are carried out under the present guarantee should be performed by an establishment which is duly authorized by ECOGEST TRADE S.L.
D. This guarantee will not be considered valid in those cases which result from the misuse.
E. Incorrect application or manipulation of the product.
F. Validity of guarantee for 2 years from the delivery date.

MODEL:
Delivery date:
Stamp of the company:

EMS ECO-DE
Manual

**Por favor leer el manual cuidadosamente antes de utilizar el aparato.*

Contenido

I. Presentación del producto 15

1. Principio terapéutico: 15

2. Nombres y funciones de los componentes: 16

II. Instrucciones para un correcto uso: 18

2. Método de uso 19

3. Precauciones de Seguridad 19

III. Gráfico estándar de puntos corporales de acupuntura 20

IV. Problemas y Soluciones 24

1. Accesorios y Mantenimiento 25

V. Especificaciones: 25

1. Precauciones: 25

2. Mantenimiento y almacenaje: 25

VI. Garantía ..... **¡Error! Marcador no definido.**

I. Presentación del producto

1. Principio terapéutico:

El activo de células en músculos, nervios, órganos y tejidos humanos puede producir corriente débil; se forma debido al cambio de algunos electrones biológicos en organismos vivientes. La vida entera de un ser humano no puede escapar del movimiento bio-electrónico, siempre mantiene balance relativo en desequilibrio. De acuerdo con la teoría de los canales y colaterales en la medicina china, el desequilibrio de la cadena biológica puede causar desorden en las vías, aumentando varios malestares o dolores del cuerpo humano.

Las pulsaciones de corrientes electrónicas de alta intensidad puede estimular la neuro musculatura se extienda y el efecto del movimiento resultante puede aliviar con efectividad la fatiga y lidiar con la parálisis y el daño del nervio periférico.

Características:

1. Con tecnología digital. Esta unidad transmite las señales digitales y conduce la terapia comprensiva a través de ordenador basado en las necesidades del cuerpo. De este modo, la precisión terapéutica puede asegurada y la eficacia puede ser altamente mejorada.
2. Equipado con una gran pantalla de LCD, en la cual claramente se muestran la intensidad de las funciones y el tiempo terapéutico.
3. El botón único de profundo tratamiento puede ser usado para un cambio instantáneo de intensidad de rendimiento para que el efecto terapéutico haga más efecto en la piel y la musculatura.
4. La composición maravillosa en forma de ola, le hará sentir como si fuese un masaje real de pulgares, acupuntura o manipulación de manos.
5. Función especial de inmunoterapia.

2. Nombres y funciones de los componentes:

Principales componentes

Toma de electrodos
LCD
Botón de encendido/apagado
Aumentar la intensidad
Disminuir la intensidad
Selección del modo
Botón de idioma
Tiempo

Parche

Almohadillas de electrodos

2 cables de electrodos atados en uno

Componentes y función de la unidad principal:

1. Unidad de salida, para conectar la salida del electrodo.
2. LCD pantalla a tiempo real del estatus del rendimiento.
3. Botón de On/Off
4. Botón de idioma
5. Botón del modo: dispone de modos terapéuticos: thumping, masaje, acupuntura, napapathy, cupping, reducción de peso, inmunoterapia y masaje. Cada vez que pulse este botón cambiará a un modo nuevo. Los 8 modos son utilizados en acupuntura.
6. Botón de la selección del tiempo: el tiempo aumentará (de 5 hasta 15 minutos)
7. Aumentar la intensidad: 15 diferentes niveles de intensidad.
8. Reducir la intensidad

II. Instrucciones para un correcto uso:

1. Preparación antes de usar

-Instalación de la batería:

1. Empuje la tapa de la batería y ábrala.
2. Inserte 3 baterías, ponga atención a la polaridad de las pilas.
3. Cierre la tapa firmemente.

-Preparación de electrodos:

1. Extraiga la capa fina de film del parche
2. Vuélvala a poner en el parche después de su uso.

-Colocación de los electrodos:

1. Limpie la capa de piel a masajear con una toallita mojada para eliminar cualquier capa de aceite, suciedad, sudor y maquillaje.
2. Adhiera los electrodos directamente en la piel en la parte a masajear.
3. El tratamiento no podrá ser efectivo hasta que ambos electrodos sean puestos en el cuerpo, no hace falta situarlos simétricamente.

2. Método de uso

1. Presione el botón de encendido, la pantalla indicará la situación de encendido.
2. Selección de los modos terapéuticos: presione el botón funcional para elegir un modo.
3. Ajustar la intensidad: presione el botón *strength* para elegir la intensidad.
4. Selección del tiempo: puede seleccionar 5-15 min, cada vez que presione se añadirán 5 minutos.

3. Precauciones de Seguridad

Nunca utilice el equipo con los siguientes instrumentos:

1. Regulador del ritmo del corazón y aparatos electrónicos terapéuticos del cuerpo.
2. Marcapasos artificiales, soportes de vida electrónicos e instrumentos de tratamiento.
3. Metros de cardio e instrumentos terapéuticos electrónicos.

Daños o fallos pueden ocurrir a los pacientes que hayan estado utilizando los instrumentos arriba listados junto con nuestro equipo.

Siga el consejo de su doctor si esta bajo tratamiento médico o si sufre de lo siguiente:

1. Tumores malignos
2. Fase menstrual o embarazo
3. No adapte el equipo cerca de pacientes enfermos del corazón
4. Fiebre mayor de 38º
5. Anafilaxia cutánea anormal
6. No utilice el equipo para los ojos, dentro de la boca, partes genitales y traumas externos de la piel.
7. No lo utilice simultáneamente con otros instrumentos o con medicamentos.

III. Gráfico estándar de puntos corporales de acupuntura









IV. Problemas y Soluciones

Situación del Producto	Causa	Solución
No estimulación o no visualización LCD	Cubierta de la batería con objetos extraños	Comprobar y retirar
	Baterías desgastadas o polaridad incorrecta	Comprobar y retirar o reinstalar baterías
	Enchufe insertado firmemente en el enchufe	Corregir conexión entre electrodo y cable y enchufe
Estimulación se vuelve débil o cosquilleante	Electrodo debe contactar con la piel correctamente	Apretarlo firmemente contra la piel
	Suciedad en la superficie	Cambiar o limpiar el parche
	¿Aceite en la piel?	Limpiar piel
Superficie tratada enrojecida, pica o cosquilleos	Reacción de la piel con el contacto del aparato	Comprobar alergias. Para alergias leves o severas, parar tratamiento
El aparato se detiene durante el tratamiento en menos de 15 min.	Baterías desgastadas	Reponer baterías
No puede volver a encenderse después del automático stop del temporizador	Normal	Apagar aparato y esperar 3 segundos para volver a encender

1. Accesorios y Mantenimiento

1. La batería es estándar, no especial.
2. Por favor contacte al distribuidor si quiere reparar el aparato o comprar accesorios
3. El aparato tiene una garantía de 2 años como se especifica en la garantía. Solo se añadirá coste para aquello que no esté cubierto por la garantía o cuando la garantía expire.

V. Especificaciones:

Potencia	Dc4.5v, 3AAA (7#) baterías
Frecuencia	1-330hz
Potencia de consume	Menos de 180mw
Duración de la batería	45 horas continuamente en normal funcionamiento
Tamaño del aparato	153x70x18mm
Peso	90g
Paquete	20pcs

1. Precauciones:

1. Cuando se vuelva a utilizar el aparato, por favor presione el botón de On/Off y repita los pasos anteriores.
2. Si desea cambiar el modo terapéutico en marcha, la intensidad automáticamente disminuirá al nivel 0, en ese momento debe reajustar la intensidad al nivel adecuado.
3. Si desea restablecer el tratamiento mientras está en proceso, deberá apretar el botón de On/Off, volver a encender el aparato y repetir los pasos anteriores.
4. Si desea detener el proceso desde la unidad principal, por favor tire del enchufe en vez del cable.

2. Mantenimiento y almacenaje:

1. Limpie la parte principal del aparato con un trapo suave. Nunca utilice gasolina o líquidos tóxicos.
2. Limpieza del electrodo: un electrodo contaminado debe ser limpiado con una bayeta mojada o enjuagada con agua, se puede volver a utilizar otra vez después del secado.
3. Almacenaje: mantenga el aparato fuera del alcance de los niños; manténgalo alejado de la humedad, altas temperaturas, del sol o agua directa, etc. Sacar las baterías fuera del aparato cuando no vaya a ser utilizado durante un largo tiempo.

GARANTÍA

(Cumpliendo con la Ley 26/84 "general para la defensa de los consumidores y usarios" y la Ley 7/96 "Ordenación de Comercio Minorista")

CONDICIONES:

A. *La garantía del presente articulo será reconocida por parte de ECOGEST TRADE S.L., C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) siempre que la ficha que se adjunta esté debidamente cumplimentada y sellada.*
B. *La responsabilidad de ECOGEST TRADE S.L., está limitada a la reparación del artículo que tenga alguna deficiencia de carácter técnico o de fabricación. El porte de devolución será asumido por la empresa vendedora.*
C. *Todas las reparaciones que se efectuén bajo la presente garantía deberán realizarse por un establecimiento debidamente autorizado por ECOGEST TRADE S.L..*
D. *La garantía no será válida en aquellos casos derivados de un mal uso, mala aplicación o manipulación indebida del producto.*
E. *Validez de la garantía por 2 años a partir de la fecha de entrega.*

MODELO:
Fecha de entrega:
Sello del establecimiento:

EMS ECO-DE®
Manuale

** Si prega di leggere attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.*

Indice

I. Presentazione del prodotto.....28

1. Principio terapeutico..... 28

2. Nomi e funzioni dei componenti..... 29

II. Istruzioni per l'uso corretto.....31

2. Modalità d'uso 32

3. Precauzioni di sicurezza..... 32

III. Grafico standard dei punti di agopuntura del corpo..... 33

IV. Problemi e soluzioni..... 37

1. Accessori e manutenzione 38

V. Specifiche 38

1. Precauzioni..... 38

2. Manutenzione e Conservazione..... 38

VI. Garanzia 39

I. Presentazione del prodotto

1. Principio terapeutico:

L'attivo della cellula in muscoli, nervi, organi e tessuti possono produrre corrente debole; Questa è formata a causa del cambiamento di alcuni elettroni biologiche negli organismi viventi. La vita di un essere umano sempre será correlata al movimento bio-elettronico. Secondo la teoria dei canali e collaterali in medicina cinese, lo squilibrio della catena biologica può causare disturbi nelle tracce, aumentando il numero di danni o dolore nel corpo.

Caratteristiche:

1. Con tecnologia digitale. Questa unità trasmette i segnali digitali e conduce la terapia completa computerizzato sui bisogni del corpo. Così, la precisione può essere garantita e l'efficacia terapeutica può essere notevolmente migliorata.
2. Dotato di un ampio schermo LCD, che mostra chiaramente le funzioni di intensità e tempo terapeutico.
3. Il pulsante unico di trattamento profondo può essere utilizzato per una variazione della intensitá al fine di aumentare l'effetto terapeutico sulla pelle e la muscolatura.
4. La meravigliosa composizione della forma d'onda vi farà sentire come se fosse un proprio massaggio di pollice, agopuntura o manipolazione di mani.
5. Funzione speciale di inmunoterapia.

2. Nomi e funzioni componenti:

Componenti principali:

Elettrodi
LCD
Accensione / spegnimento
Aumentare l'intensità
Diminuire l'intensità
Selezione modalità
Lingua
Tempo

Patch

Rilievi dell'elettrodo

2 fili degli elettrodi attaccati in uno

Componenti e funzioni dell'unità principale:

1. Modulo di uscita per collegare l'uscita dell'elettrodo.
2. Display LCD, prestazioni in tempo reale.
3. Pulsante On / Off
4. Pulsante lingua.
5. Pulsante Modalitá: ha modalità terapeutiche: martellante, massaggi, agopuntura, napapathy, coppettazione, riduzione del peso, l'immunoterapia e massaggi. Ogni volta che si preme questo tasto si cambia a una nuova modalitá. Le 8 modalità sono utilizzati in agopuntura.
6. Pulsante selezione tempo: aumentare il tempo (5-15 minuti)
7. Aumentare l'intensità: 15 diversi livelli di intensità.
8. Ridurre l'intensità

II. Istruzioni per l'uso corretto:

1. Preparazione prima dell'uso

Iinstallazione della batteria:

1. Premere il coperchio della batteria e aprirlo.
2. Inserire 3 batterie, prestare attenzione alla polarità delle batterie.
3. Chiudere il coperchio a tenuta.

Preparazione degli elettrodi:

1. Rimuovere la pellicola della patch.
2. Restituirlo dopo l'uso.

Collocazione degli elettrodi:

1. Pulire la pelle prima del massaggio con un asciugamano per rimuovere qualsiasi strato di olio, sporcizia, il sudore e il trucco.
2. Collegare gli elettrodi direttamente sulla pelle.
3. Il trattamento non può essere efficace fino a quando entrambi gli elettrodi sono posti sul corpo, non é bisognio di collocare simmetricamente.

2. Istruzioni d'uso

1. Premere il pulsante di accensione, il display indica il funzionamento.
2. Seleziona la modalità terapeutica: premere il tasto funzione per scegliere una modalità.
3. Regolare intensità: premere il pulsante per scegliere l'intensità di forza.
4. Selezione Time: È possibile selezionare 5-15 minuti, ogni pressione verranno aggiunti cinque minuti.

3. Precauzioni di sicurezza

Non utilizzare mai se:

1. Avete un regolatore di frequenza cardiaca o dispositivi elettronici terapeutici nel corpo.
2. Avete un pacemaker artificiale, supporti di vita elettronici o strumenti di trattamento.
3. Metri di cardio e strumenti terapeutici elettronici.

Possono verificarsi danni o malfunzionamenti se i clienti utilizzano i dispositivi sopra elencati con l'apparecchio EMS.

Seguite i consigli del vostro medico se siete su farmaci o se soffrite qualunque di le seguenti malattie:

1. Tumori maligni
2. Mestruazione o gravidanza
3. Non adattare l'apparecchio vicino a malati di cuore
4. Febbre superiore a 38º
5. Anafilassi cutanea anormale
6. Non utilizzare l'apparecchiatura per gli occhi, dentro la bocca, genitali e traumi della pelle esterna.
7. Non utilizzare insieme ad altri strumenti o droghe.

III. Grafico standard dei punti di agopuntura del corpo









IV. Problemi e Soluzioni

Problema	Causa	Soluzione
Nessuno stimolo o visualizzazione LCD	Coperchio batteria con oggetti estranei	Controllare e rimuovere
	Batterie usurate o polarità errata	Controllare e rimuovere o reinstallare le batterie
	Spina non correttamente inserita nella presa	Correggere il collegamento tra l'elettrodo e il cavo e spina
Stimolazione diventa debole o formicolio	Elettrodo dovrebbe essere correttamente in contatto con la pelle	Stringere saldamente contro la pelle
	Sporcizia superficiale	Cambiare o pulire la patch
	¿Olio sulla pelle?	Pulire la pelle
Arrossamento, prurito o pizzicore sulla superficie trattata	Reazione della pelle in contatto con l'apparecchio	Controllare le allergie. Per le allergie lievi o gravi, interrompere il trattamento
L'apparecchio si ferma durante il trattamento in meno di 15 min.	Batterie esauste	Sostituire le batterie
Non si accend dopo il timer stop automatico	Normale	Spegnere unità e attendere 3 secondi prima di accendere

2. Accessori e manutenzione

1. La batteria è standard, non speciale.
2. Si prega di contattare il rivenditore se si desidera riparare l'apparecchio o comprare accessori.
3. Il dispositivo è garantito per due anni, come specificato nella garanzia. Non si copre il costo di materie senza garanzia o con garanzia scaduta.

V. Specifiche:

Potenza	Dc4.5v, 3AAA (7#) batterie
Frecuenza	1-330hz
Consumo di potenza	Meno di 180mw
Durata batteria	45 ore seguiti in funzionamento normale
Dimensione apparecchio	153x70x18mm
Peso	90g
Pacchetto	20pcs

3. Precauzioni:

1. Quando si ri-utilizza il dispositivo, premere il On / Off e ripetere i passaggi precedenti.
2. Per modificare la modalità terapeutica durante l'uso, l'intensità diminuisce automaticamente il livello 0, quindi è necessario regolare l'intensità al livello appropriato.
3. Per ripristinare il trattamento durante l'uso, è necessario premere il tasto On / Off, accendere di nuovo il dispositivo e ripetere i passaggi precedenti.
4. Per spegnere il processo dall'unità principale, si prega di staccare la spina e non il cavo.

4. Manutenzione e Conservazione:

1. *Pulire* la parte anteriore dell'apparecchio con un panno morbido. Non utilizzare benzina o tossici.
2. *Pulizia dell'elettrodo*: un elettrodo contaminato deve essere pulito con un panno umido o sciacquare con acqua, può essere riutilizzato dopo l'asciugatura.
3. *Conservazione*: conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; Tenere lontano da umidità, temperature elevate, luce diretta del sole o l'acqua, etc. Rimuovere le batterie della macchina quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

GARANZIA

CONDIZIONI:

A. La garanzia del presente articolo sarà riconosciuta dalla ECOGEST TRADE S.L., C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) a condizione che la scheda allegata sia stata inviata alla ECOGEST TRADE S.L. debitamente compilata e firmata.
B. La responsabilità di ECOGEST TRADE S.L., è limitata alla riparazione dell'articolo che abbia difetti di carattere tecnico e di costruzione.
C. Tutte le riparazioni oggetto della presente garanzia dovranno essere Obbligatoriamente effectuate presso una struttura autorizzata dalla ECOGEST TRADE S.L..
D. La garanzia non sarà ritenuta valida nei casi derivati da un cattivo uso, un'erronea applicazione o manipolazione scorreta del prodotto.
E. Validità della garanzia per 2 anni a partire dalla data di acquisito/consegna.

MODELLO:

Data di consegna:
Timbro dello stabilimento:

EMS ECO-DE®
Manuel

** S' il vous plaît lisez le manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil.*

Index

I. Introduction produit 41

1. Principe d'action: 41
2. Noms et fonctions des parties: 42

II. Instructions d'utilisation: 43

1. Mode d'emploi 44
2. Mesures de sécurité 44

III. Tableau standard des points d'acupuncture du corps 45

IV. Problèmes et solutions 49

1. Accessoires et Entretien 50

V. Spécifications: 50

1. Précautions: 51
2. Maintenance et stockage: 51
3. Garantie: 52

I. Presentation du produit

1. Principe d'action

La cellule active dans les muscles, les nerfs, les organes et de tissus peut produire du courant faible; est formée en raison du changement de certains électrons biologiques dans les organismes vivants. La durée de vie d'un être humain ne peut pas échapper le mouvement bio-électronique, équilibre toujours déséquilibre relatif. Selon la théorie des canaux et collatéraux dans la médecine chinoise, le déséquilibre de la chaîne biologique peut causer des troubles dans les pistes, un nombre croissant d'inconfort ou de la douleur dans le corps.
Les impulsions des courants d'électrons de haute intensité peuvent stimuler les muscles neuro vont se répandre et l'effet du mouvement résultant peut soulager la fatigue et de traiter efficacement la paralysie et les lésions nerveuses périphériques.

Caractéristiques:

1. Avec la technologie numérique. Cet appareil transmet les signaux numériques et mène thérapie globale par ordinateur basé sur les besoins de l'organisme. Ainsi, la précision peut être assurée et l'efficacité thérapeutique peut être grandement améliorée.
2. Doté d'un grand écran LCD.
3. Le bouton unique traitement en profondeur peut être utilisé pour un changement immédiat de rendement de l'intensité de l'effet thérapeutique devient plus d'effet sur la peau et les muscles.
4. La composition de forme d'onde merveilleuse vous fera vous sentir comme si ce était un vrai coup de pouce massage, l'acupuncture ou la manipulation de mains.
5. Spécial immunothérapie de fonction.

2. Noms et fonctions des parties

Principaux composants.

Prenant électrodes
LCD
Power on / off
Augmentez l'intensité
Diminuer l'intensité
Sélection du mode
Langue Button
temps

Patch

2 électrode

Cable

Composants et fonctions de l'unité principale:

1. Unité de sortie pour connecter la sortie de l'électrode.
2. écran LCD statut en temps réel la performance.
3. Bouton On / Off
4. Langue Button
5. Bouton Mode: a modes thérapeutiques: sourd, le massage, l'acupuncture, napapathy, ventouses, la réduction de poids, de l'immunothérapie et des massages. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton va changer à une nouvelle façon. Les huit modes sont utilisés en acupuncture.
6. Touche temps de sélection: augmentation du temps (5-15 minutes)
7. Augmenter l'intensité: 15 niveaux d'intensité différents.
8. Réduire l'intensité

II. Instructions d'utilisation:

Préparation avant l'utilisation

Installation de la batterie:

1. Appuyez sur le couvercle de la batterie et de l'ouvrir.
2. Insérez trois piles, faites attention à la polarité des piles.
3. Fermez le couvercle.

Préparation D'électrodes:

1. Retirez le film mince du patch
2. Retourner à mettre dans le patch après utilisation.

Le placement des électrodes:

1. Nettoyez la couche de peau à masser pour enlever toute couche d'huile, la saleté, sueur ou de maquillage.
2. Fixer les électrodes directement sur la peau en partie à massage.
3. Le traitement ne peut être efficace jusqu'à ce que les électrodes sont placées sur le corps, vous ne les placez pas de façon symétrique.

1. Procédé d'utilisation

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'écran affiche la puissance.
2. Sélection des modes thérapeutiques: appuyez sur le bouton de fonction pour choisir un mode.
3. Réglez l'intensité: appuyez sur le bouton pour choisir l'intensité de la force.
4. Sélection: Heure: Vous pouvez sélectionner 5-15 min, chaque pression allez ajouter cinq minutes.

2. Mesures de sécurité

Ne jamais utiliser la machine avec les instruments suivants:

1. La fréquence cardiaque de réglementation et le corps appareils thérapeutiques.
2. Artificial Pacemakers, la vie et de la transformation des médias outils électroniques.
3. Mètres cardio et des outils thérapeutiques électroniques.

Dommages ou une rupture patients qui ont utilisé les instruments énumérés ci-dessus ainsi que notre équipe peut se produire.

Suivez les conseils de votre médecin si vous prenez des médicaments ou souffrez de ce qui suit:

1. Tumeurs malignes
2. La phase menstruelle ou de grossesse
3. Ne pas adapter l'équipement à proximité de patients cardiaques
4. Fièvre supérieure à 38º
5. Anaphylaxie cutanée anormale
6. Ne pas utiliser l'équipement pour les yeux, dans la bouche, les organes génitaux et les traumatismes de la peau externe.
7. Ne pas utiliser simultanément avec d'autres instruments ou des médicaments.

III. TABLEAU STANDARD DES POINTS D'ACUPUNCTURE DU CORPS









IV. PROBLEMES ET SOLUTIONS

Situation du produit	Cause	Solution
Aucune stimulation ou LCD écran	Couvercle de la batterie avec des objets étrangers	Vérifier et retirer
	Batteries usées ou l'inversion de polarité	Vérifier et supprimer ou réinstaller batteries
	Branchez correctement inséré dans la prise	Connexion correcte entre l'électrode et le câble et la fiche
Stimulation devient faible ou de picotement	Électrode doit contacter la peau correctement	Serrez fermement contre la peau
	La contamination de surface	Remplacez ou nettoyez le patch
	¿Huile sur votre peau?	Nettoyer la peau
Surface traitée rougeurs, des démangeaisons ou des picotements	Appareil de réaction de la peau avec le contact	Vérifiez allergies. Pour les allergies graves ou légères, arrêter le traitement
L'appareil se arrête pendant le traitement en moins de 15min.	Batteries usées	Remplacez les piles
Vous ne pouvez pas tourner le dos après minuterie d'arrêt automatique	Normal	Eteindre l'unité et attendre 3 secondes pour revenir en arrière

1. Accessoires et Entretien

1. La batterie est standard, rien de spécial.
2. Se il vous plaît contacter le revendeur si vous voulez réparer l'appareil ou acheter des accessoires.
3. L'appareil est garanti deux ans comme spécifié dans la garantie. Frais uniquement pour les questions non couvertes par la garantie ou la garantie expire est ajouté.

V. SPECIFICATIONS:

Puissance	Dc4.5v, 3AAA (7#) baterías
Fréquence	1-330hz
Consomme de l'énergie	Moins de 180mw
Batterie	45 heures en continu pendant le fonctionnement normal
Taille de l'appareil	153x70x18mm
Poids	90g
Paquet	20pcs

1. Précautions

1. Lorsque vous utilisez l'appareil à nouveau, s’ il vous plaît appuyez sur On / Off et répétez les étapes ci-dessus.
2. Pour modifier le mode, l'intensité diminuera automatiquement au niveau 0, alors vous devez régler l'intensité au niveau approprié.
3. Pour restaurer le traitement alors en cours, vous devez appuyer sur le bouton Marche / Arrêt, redémarrer l'appareil et répéter les étapes ci-dessus.
4. Pour arrêter le processus de l'unité principale, s’il vous plaît tirez la prise du câble.

2. Maintenance et stockage

1. Nettoyez le devant de l'appareil avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d'essence ou toxique.
2. Nettoyage de l'électrode: une électrodesale doit être nettoyé avec un chiffon humide ou rincer à l'eau, il peut réutiliser à nouveau après séchage.
3. Stockage: garder le produit hors de portée des enfants; Tenir à l'écart de l'humidité, des températures élevées, lumière directe du soleil ou de l'eau, etc. Retirez les piles de l'appareil lorsqu'il n’ est pas utilisé pendant une longue période.

GARANTÍE

CONDITIONS:

A. La garantie du présent article sera reconnue de la part de ECOGEST TRADE S.L., C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) chaque fois que la fiche jointe sera dûment remplie et signée et envoyée à ECOGEST TRADE S.L..

B. La responsabilité de ECOGEST TRADE S.L. se limite à la réparation de l'article qui présenterait quelconque déficience de type technique ou de fabrication. Les frais de retour seront pris en charge par le vendeur.

C. Toutes les réparations qui s'effectuent sous la présente garantie devront être effectuées par un établissement dûment autorisé par ECOGEST TRADE S.L..

D. La garantie ne sera pas valable dans le cas de mauvais usage, application et manipulation non correctes du produit.

E. Validité de la garantie pour 2 années à partir de la date de livraison.

MODELE:

Date de livraison:

Cachet de l'établissement: